令和8年10月28日
Oct.28 2026

都内における大気浮遊塵中の核反応生成物の測定結果について
Measurement of nuclear fission products of dust particles in the air in Tokyo
（令和8年10月1日～28日計測分）
(measurements of Oct.1～28 2026)

採集および測定場所：東京都立産業技術研究センター （東京都江東区青海）
Sampling and measurement site: Tokyo Metropolitan Industrial Technolgy Research Institute
(Aomi, Koto-ku, Tokyo)
測定機器：ゲルマニウム半導体検出器
Measurement instrument:　Germanium semiconductor detector
測定時間：60,000秒
Measurement time: 60,000 sec

(Bq/m^3)※

計測日 Date of measurement	採集時間 Sampling period	ヨウ素131 I-131	ヨウ素132 I-132	セシウム134 Cs-134	セシウム137 Cs-137
10月7日	9月 29日 16時 ～ 10月 6日 16時	ND※ (0.0001)	ND※ (0.0001)	ND※ (0.0002)	ND※ (0.0001)
10月14日	10月 6日 16時 ～ 10月 13日 16時	ND※ (0.0001)	ND※ (0.0001)	ND※ (0.0002)	ND※ (0.0001)
10月21日	10月 13日 16時 ～ 10月 20日 16時	ND※ (0.0001)	ND※ (0.0001)	ND※ (0.0001)	ND※ (0.0001)
10月28日	10月 20日 16時 ～ 10月 27日 16時	ND※ (0.0001)	ND※ (0.0001)	ND※ (0.0002)	ND※ (0.0001)

※Bq（ベクレル）：放射能の量の単位。
※ND：検出されず（検出限界値を下回った場合、（　）内は検出限界値を表す）

注　検出限界値とは、文部科学省で定められた計測方法に基づき計測を行った結果、検出できる最小値を表します。放射能の特性として同じ機器で測定しても、検体ごと検出限界値は変動します。

Note:　Detection limit　is the minimum value that can be detected by the measurement method determined by Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT).
For the characteristic of radiation measurement, detection limit may vary for each sample even if the measurement is　done with the same　instrument.

引き続き最新の測定結果について、今後も東京都産業労働局ホームページで公表します。

東京都産業労働局ホームページ
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/

都内での環境放射線測定結果
http://monitoring.tokyo-eiken.go.jp/

【問い合わせ先】
（大気浮遊塵中の核反応生成物のホームページでの公表について）
産業労働局総務部広報担当
Public Relations,General Affairs Division,
Bureau of Industrial and Labor Affairs
電話：03－5320－4862（直通）
（大気浮遊塵中の核反応生成物の測定について）
地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター
経営企画部経営企画室広報係
Administration Planning Section,Management and Planning Department
Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute
電話：03－5530－2521（直通）